Restylane® Lyps™ Lidocaine – Instructions for Use

Specific considerations relevant to the use of this product

- Do not inject this product into an area where an implant other than hyaluronic acid has been placed.
- If the product is injected too superficially this may result in visible lumps and/or bluish discoloration.
- Patients should avoid excessive sun or extreme cold at least until any initial swelling and redness has resolved.
- If laser treatment, chemical peeling or any other procedure based on active dermal response is performed after treatment with this product there is a theoretical risk of eliciting an inflammatory reaction at the implant site. This also applies if the product is administered before the skin has healed completely after such a procedure.
- This product has not been tested in pregnant or breast-feeding women or in children.
- Considerations should be given to the total dose of lidocaine administered if dental block or topical administration of lidocaine is used concurrently. High doses of lidocaine (more than 400 mg) can cause acute toxic reactions manifesting as symptoms affecting the central nervous system and cardiac conduction.
- Lidocaine should be used with caution in patients receiving other local anaesthetics or agents structurally related to amide-type local anaesthetics e.g., certain antiarrhythmics, since the systemic toxic effects can be additive.
- Lidocaine should be used cautiously in patients with epilepsy, impaired cardiac conduction, severely impaired hepatic function or severe renal dysfunction.

Adverse events
Anticipated injection-related reactions
Injection-related reactions might occur. These reactions include bruising, erythema, itching, swelling, pain, or tenderness at the implant site. Typically resolution is spontaneous within one week after injection of the lips.

Post marketing adverse event reporting
The following post marketing adverse events have been reported (non-exhaustive list): abscess, angioedema, bruising, discoloration, erythema, inflammation, mass, pain/tenderness, papules/nodules, pruritus, short duration of effect, and swelling.

Other potential adverse events, that have been reported following treatment of lips with other Restylane fillers, are: acne, atrophy/scarring, blisters, capillary disorders such as telangiectasia, dermatitis, device dislocation, granuloma, hypersensitivity, induration, ischemia/necrosis, neurological symptoms such as paraesthesia, and reactivation of herpes infection.

Vascular compromise may occur due to an inadvertent intravascular injection or as a result of vascular compression associated with implantation of any injectable product. This may manifest as blanching, discolouration, necrosis or ulceration at the implant site or in the area supplied by the blood vessels affected; or rarely as ischemic events in other organs due to embolization.

Symptoms of inflammation at the implant site have been reported for Restylane fillers after treatment of lips. In case of unexplained inflammatory reactions infections should be excluded and treated if necessary since inadequately treated infections may progress into complications such as abscess formation. Treatment using only oral corticosteroids without concurrent antibiotic treatment is not recommended.

The prolonged use of any medication, e.g., corticosteroids or antibiotics in treatment of adverse events has to be carefully assessed, since this may carry a risk for the patient. In case of persistent or recurrent inflammation after treatment, consider removal of the product by aspiration/drainage, extrusion or enzymatic degradation (use of hyaluronidase has been described in scientific publications).

Before any removal procedure is performed, the swelling may be reduced by using, e.g., NSAID for 2-7 days or a short course of corticosteroids for less than 7-21 days, in order to more easily palpate any remaining product.

Post inflammatory pigmentation changes have been observed in clinical studies in people with dark skin (Fitzpatrick Type IV-VI).

For patients who have experienced clinically significant reactions, a decision for retreatment should take into consideration the cause and significance of previous reactions.

For reporting of adverse events contact your local Galderma representative or distributor for this product.

Needle
Disposable sterile 29G TW (thin-walled) needles are provided.

Alternatively, a sterile blunt cannula 25-27G can be used. The size and the length of the cannula will affect the force needed to extrude the gel. If a thinner cannula is used the discomfort during injection may be too high resulting in an increased risk for leakage or separation of the cannula and syringe. The same considerations are applicable for needles.

Assembly of needle to syringe
Use the thumb and forefinger to hold firmly around both the glass syringe and the luer-lock adapter. Grasp the needle shield (or hub if using cannula) with the other hand. To facilitate proper fastening, both **push and rotate** firmly. Sonic aseptic technique must be followed. Improper assembly may result in separation of the needle and syringe during injection.

Treatment procedure
- The patient shall be informed about the indications, expected result, precautions and potential adverse events. The patient's need for additional pain relief should be assessed. For lip augmentation, anaesthesia through a nerve block can be used.
- Clean the treatment site thoroughly with a suitable antiseptic solution.
- To avoid breakage of the needle or cannula, do not attempt to bend or otherwise manipulate it before or during treatment.
- Before injecting, remove the air by pressing the rod carefully until a small droplet is visible at the tip of the needle.
- When using a needle, aspiration prior to injection is recommended. Inject slowly while pulling the needle backwards.
- Injection should stop just before the needle is pulled out from the skin to prevent material from leaking out from the injection site.
- As an alternative to the needle, a blunt cannula can be used. After preparation as described above, an entry point is made in the skin, e.g with a sharp needle of appropriate size. Inject slowly. During injection, it is recommended to keep the side hole of the cannula facing downwards, away from the skin surface, to ensure that the flow of the gel is maintained at the correct tissue depth.
- Do not apply excessive pressure to the syringe at any time. Presence of scar tissue may impede advancement of the cannula/needle. If resistance is encountered the cannula/needle should be partially withdrawn and repositioned or fully withdrawn and checked for function.
- It is recommended to change needle/cannula for each new treatment site.
- At each treatment session a maximum dosage of 1.5 mL is recommended for each lip.
- If necessary, the injection site should be moulded to distribute the product evenly.

- After the first treatment, additional implantations of the product may be necessary to achieve the desired level of correction. Periodic follow-up injections help sustain the desired degree of correction.

The syringe, disposable needle/blunt cannula and any unused material must be discarded immediately after the treatment session and must not be reused due to risk for contamination of the unused material and the associated risks including infections. Disposal should be in accordance with accepted medical practice and applicable national, local or institutional guidelines.

Shelf life and Storage
The expiry date is indicated on package. Store up to 25° C. Protect from freezing and sunlight.

Manufacturer
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Sweden
Phone +46(0)18 474 90 00, Fax +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

Restylane and Galderma are trademarks of Nestlé Skin Health S.A.

Use the thumb and forefinger to hold firmly around both the glass syringe and the luer-lock adapter. Grasp the needle shield (or hub if using cannula) with the other hand. To facilitate proper fastening, both **push and rotate** firmly.

Symbols on packaging

Do not use if package is damaged	CE-marked according to MDD 93/42/EEC, 0344 is the Notified Body number for Restylane Lyps Lidocaine.	CE-marked according to MDD 93/42/EEC, 0197 is the Notified Body number for the co-packaged needle(s).
Да не се използва при нарушена цялост на опаковката.	Маркирано с CE-символ съгласно MDD 93/42/EEC, 0344 е номер на нотифицирания орган за Restylane Lyps Lidocaine.	Маркирано с CE-символ съгласно MDD 93/42/EEC, 0197 е номер на нотифицирания орган за поставената(ите) в опаковката игла(и).
Μη χρησιμοποιήστε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.	Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί Ιατρικών Συσκευών. Το 0344 είναι ο αριθμός του φορέα που έχει λάβει γνώση για το Restylane Lyps Lidocaine.	Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Το 0197 είναι ο αριθμός του φορέα που έχει λάβει γνώση για τη(τις) βελόνα(-ες) που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Sérült csomagolás esetén a terméket tilos felhasználni!	CE-jelölés az MDD 93/42/EEC szerint; 0344: a megfelelőségi tanúsításért felhatalmazott bejelentett testület száma a Restylane Lyps Lidocaine esetében.	CE-jelölés az MDD 93/42/EEC szerint; 0197: a megfelelőségi tanúsításért felhatalmazott bejelentett testület száma a csomagolásban lévő tű(k) esetében.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Marchio CE secondo la direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE; 0344 il numero di identificazione dell'Ente notificato per Restylane Lyps Lidocaine.	Marchio CE secondo la direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE; 0197 il numero di identificazione dell'Ente notificato per gli ago presenti nella confezione.
Nie używać preparatu otrzymanego w uszkodzonym opakowaniu.	Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych; 0344 to numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej dla preparatu Restylane Lyps Lidocaine.	Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych; 0197 to numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej dla załączonych igieł.
Não utilize se a embalagem estiver danificada.	Marca CE segundo a directiva DDM 93/42/CEE; 0344 é o número da entidade notificada para Restylane Lyps Lidocaína.	Marca CE segundo a directiva DDM 93/42/CEE; 0197 é o número da entidade notificada para a(s) agulha(s) fornecida(s) no conjunto.
Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat.	Marcat cu simbolul CE conform MDD 93/42/CEE; 0344 este numărul organismului notificat pentru Restylane Lyps Lidocaine.	Marcat cu simbolul CE conform MDD 93/42/CEE; 0197 este numărul organismului notificat pentru ac(e).
Не применявайте изделието с повредена опаковка.	Маркировка CE в съответствие с MDD 93/42/ЕЕС; 0344 - номер уполномощеното органа для Restylane Lyps Lidocaine.	Маркировка CE в съответствие с MDD 93/42/ЕЕС; 0197 - номер уполномощеното органа для игл, поставяеми в одной упаковке с препаратом.
Ne usar el producto si el embalaje está dañado.	Marcado CE conforme a la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE; 0344 es el número del Organismo Notificado para Restylane Lyps Lidocaine.	Marcado CE conforme a la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE; 0197 es el número del Organismo Notificado para la(s) aguja(s) envasada(s) junto al producto.
Hasarlı ambalajlar dahi ürünler kullanmayınız.	MDD 93/42/EEC uyarınca CE markası; 0344 Restylane Lyps Lidocaine için Yetkili Kurum numarasıdır.	MDD 93/42/EEC uyarınca CE markası; 0197 ambalajdaki iğne(ler)in Yetkili Kurum numarasıdır.

December 2015

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Инструкции за употреба

Състав
Хиалуронова киселина, стабилизиращ агент 20 mg/ml
Лидокаин хидрохлорид 3 mg/ml
Фосфатно буфериран физиологичен разтвор q.s.

Описание
Restylane Lyps Lidocaine представлява стерилен, прозрачен биоразградим гел от не на стабилизирана хиалуронова киселина от неживотински произход, с добавка на 0,3% лидокаин хидрохлорид. Доставя се в стъклена спринцовка. Съдържанието на спринцовката е спринцовъчен с пара. Продуктът е само за еднократна употреба. Предлагането се игли за еднократна употреба 29G TW (тънкостенна) стерилизиране с етиленов оксид. За да се осигури продължителност, отнасяща се документацията на пациента (част от етикета на спринцовката) трябва да се приложи в документацията на пациента.

Предназначение
Този продукт е предназначен за уголемяване на устните. Той трябва да се прилага чрез субмукозно инжектиране. Добавеното на лидокаин осигурява обезболяващ ефект при третирането.
Преди първата сесия на третиране е препоръчително да се консултирате с вашия местен представител на Galderma или с дистрибутора на Restylane за повече информация относно техниката на инжектиране и възможностите за обучение. Този продукт е предназначен само за приложение от специалист персонал в съответствие с местното законодателство.

Начин на действие
Този продукт е пълнител, който добавя обем на тъканите, като по този начин уголемява устните за желаното време на корекция. Обемът и капацитетът за инфтиие са в резултат на способността на стабилизираната хиалуронова киселина да свързва вода.

Предупреждения
- Да не се използва при пациенти с известна свръхчувствителност към амиди или към някоя инжектираща се аминова съставка.
- Да не се инжектира интравенозно или интраваскуларно. Както при останалите инжектиращи медицински изделия, при неволно инжектиране в кръвоносен съд има риск от потенциално да се стигне до запушване на съд, исхемия и евентуално увреждане на заобикалящата тъкан и инфаркт. Ако повърхностният слой на кожата придобие бледникав цвят (обикновено), инжектирането трябва да се прекрати незабавно и областта да се масажира до възвръщане на нормалния цвят.
- Да не се използва при пациенти с нарушено кръвосъсирване или при пациенти, които приемат тромболитични или антикоагулантни.
- Да не се спринцовка повторно.
- Да не се смесва с други продукти преди инжектиране.

Предпазни мерки
Общи предпазни мерки, свързани с инжектиращи процедури медицински изделия
Продължителността на спринцоването с риск от инфекция. Да се спазват асептична техника и стандартните практики при инжектиране на кожата и подлежащите тъкани.
- Специално внимание трябва да се обръща при третиране на места в непосредствена близост до трайни импланти.
- Трябва да се избягват инжектиране в засегнати от третиране участъци и да се обръща специално внимание, за да се избегне инжектиране или компресия на съдове, нерви или в други уязвими структури.
- Да не се инжектира в места, където има активно възпаление, като възпаление, инфекция или тумори във или в близост до кожата, както предстои да бъде третирана.
- Пръскащите се инжектиращи могат да доведат до повторно активиране на латентни или субклинични херпесни инфекции.
- Пациенти, които използват субстанции, влияещи върху тромбоцитната функция, като аспирин и нестероидни противовъзпалителни средства, могат, както при всяка инжекция, да получат кръвонасядане или възпаление на мястото на инжектиране.

Продължителната употреба на всякакви лекарства, напр. кортикостероиди или антибиотици, при лечение на нежелани събития трябва внимателно да се преценява, тъй като може да носи риск за пациента. В случай на персистиращи или рецидивиращи симптоми на възпаление, обмислете отстраняване на продукта чрез аспирация/ дренаж, екструзия или ензимно разграждане (употребата на хиалуронидаза е описана в научни публикации). Трябва да се имайки предвид и да се предвиди възможността, отколкото може да бъде намален чрез използване напр. на НСПВС за 2 - 7 дни или с кратък курс кортикостероиди за по-малко от 7 дни, за да може по-лесно да се палпира остатъчното количество продукт.

Пост-възпалителни пигментационни промени са наблюдавани в клинични проучвания при хора с тъмна кожа (Fitzpatrick тип IV-VI).

За пациенти с клинично значими реакции решението за преминаване на повторно третиране трябва да бъдат взаимодействие с други лекарствени продукти и тяхната значимост.

За съобщаване на нежелани събития се обърнете към Вашия местен представител на Galderma или дистрибутора на този продукт.

Игла
Предоставени са стерилни игли за еднократна употреба 29GTW (тънкостенна).
Алтернативно може да бъде използвана стерилна тъпа канюла 25-27G. Размерът и дължината на канюлата ще окажат влияние върху силата, необходима за извикването на гела. Ако се използва по-тънка канюла дискомфортът по време на инжектиране може да бъде прекалено висок и това води до повишен риск от изтичане или отделяне на канюлата от спринцовката. Същите съображения важат и за игли.

Поставяне на игла върху спринцовката
Използвайте палец и показалец, за да хванете здраво предпазителя на спринцовката с игла и адаптера. Хванете предпазителя на иглата (или сърцевината ръка, ако използвате канюла) с другата ръка. За да осигурите правилно затягане, бутнете/завъртете по време на инжектиране.

Процедура на третиране
- Пациентът трябва да бъде информиран за показанията, очакваните резултати, предпазни мерки и евентуални нежелани реакции. Трябва да се направи оценка на нуждата на пациента от допълнително обезболяване. За увеличаване на устните може да се използва анестезия чрез нервна блокада.
- Почистете добре мястото на третиране с подходящ антисептичен разтвор.
- За да избегнете счупване на иглата или канюлата, не се опитвайте да я огъвате или да я манипулирате по друг начин преди или по време на третирането.
- Преди инжектиране изгонете въздуха, като натиснете внимателно буталото, докато на върха на иглата се появи малка капчица.
- Когато се използва игла, препоръчително е преди инжектиране да се аспирира. Инжектирайте бавно, като изтегляте иглата назад.
- Инжектирането трябва да бъде прустановено точно преди иглата да бъде изтеглена от кожата, за да се предотврати изтичане на материала от мястото на инжектиране.
- Алтернативно на иглата може да се използва тъпа канюла. След приготвяне по описания по-горе начин, се прави място на навлизане в кожата, напр. с остра игла с подходящ размер. Инжектирайте бавно. Препоръчително е при инжектиране да държите страничния отвор на канюлата насочен надолу, далече от кожната повърхност, за да се гарантира непрекъснато на гела на правилната дълбочина в тъканта.
- При никакви обстоятелства не прилагайте прекомерен натиск върху буталото на спринцовката. Наличието на цикатризационна тъкан може да затрудни придвижването на канюлата/иглата. При поява на съпротивление канюлата/ иглата трябва да се изтегли частично назад, и да се промени позицията ѝ или да се изтегли напълно и да се провери дали работи нормално.
- Препоръчителният е да смените игла/канюлата за всяка нова точка на третиране.
- При всяка инжекционна сесия за третиране се препоръчва постоянно не максимална доза от 1,5 ml за всяка устна.
- Ако е необходимо, масажирайте на инжектиране трябва да се масажира, за да се разпредели продукта равномерно.

- След първото третиране може да са необходими допълнителни имплантации на продукта за постигане на желаното ниво на корекция. Периодични допълнителни инжекции помагат за поддържане на желаното ниво на корекция.

Спринцовката, иглата за еднократна употреба/тъпата канюла и всички неизползвани материали трябва да бъдат изхвърлени незабавно след сеанса на третиране и не трябва да бъдат използвани повторно, поради риск от замърсяване на неизползвания материал и свързаните с тях рискове, включително инфекции. Изхвърлянето трябва да бъде в съответствие с приетата медицинска практика и приложимите национални, местни или на задавното заведение указания.

Срок на годност и съхранение
Срокът на годност е посочен върху опаковката. Да се съхранява при температура до 25°C. Да се пази от замръзване и слънчева светлина.

Производител
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Швеция
Телефон +46(0)18 474 90 00, факс +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

Restylane и Galderma са търговски марки на Nestlé Skin Health S.A.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Használati útmutató

Összetétel
Hialuronsav, stabilizált 20 mg/ml
Lidokain-hidroklorid 3 mg/ml
Foszfát pufferelt sóoldat q.s.

Termékleírás
A Restylane Lyps Lidocaine nem állati eredetű, stabilizált hialuronsavból álló, steril, 0,3% lidokain-hidroklorid tartalmú, átlátszó, biológiailag lebomló gél. A terméket üvegfecskendőben szállítjuk. A fecskendő tartalmát gőz általmatással sterilizáltuk. A termék egyszeri használatra szolgál. A dokumentáció részeként a páciens kezelőlapjára kell ragasztani.

Javasolt alkalmazás
Ez a termék az ajak felnövelésére szolgál. A terméket szubmukózus eljárást végezhetünk kell beadni. A hozzáadott lidokain csillapítja a fájdalmat a kezelés során.
Az első kezelést megelőzően az injekciókat technikákat és a kapcsolatban a kezelőorvost a lehetséges további felvilágosításért fordulhat a Galderma helyi képviselőjéhez vagy a Restylane forgalmazójához. A terméket kizárólag az arra képzett személyek alkalmazhatják a helyi jogszabályoknak megfelelően.

Határmód
Ez a termék olyan felületbarnag amely a szövetek térfogatának megnövelésével segít abban az ajkakat a kívánt ideig korrekcióhoz megfelelő mértékben. A térfogatnövelő és rányítástól hatás a stabilizált hialuronsav vízmegkötő képességének köszönhető.

Figyelmeztetés
- A terméket ne használja a páciens lidokaínra vagy amid típusú helyi érzéstelenítőre való ismert túlérzékenysége esetén.
- A terméket nem szabad izomba beadni, mivel vannak intravaszkulárisan beadás. A sérülésből ered szalicilsav esetleges hasonlóan az anyagba vélelten véredényekbe kerülésének potenciálisan érzáródást, vérellátási zavart és szövetpusztulást okozhat. Az injekciózást megelőzően aspiráció javasolt.
- A felső bőrréteg lifehéredése (elsápadási) esetén az injekciózást azonnal abba kell hagyni, és a területet masszírozni addig, amíg a rendes bőrszín vissza nem tér.
- A terméket vérzési rendellenességben szenvedő betegeknél nem szabad alkalmazni, nem használható orvosok olyan személyekkel szem, akik thrombolyticus vagy alvadásgátló kezelésben részesülnek.
- A terméket tilos újrasterilizálni.
- A terméket az injekciózás előtt ne helyezje össze más termékkel.

Óvintézkedések
Injekciókhoz orvosi eszközökre vonatkozó általános szempontok
- Az injekciózás eljárások megtalálhatóan hordozzák a fertőzés veszélyét. A fertőzés átvitelének az elkerülése érdekében be kell tartani az aszeptikus módszereket és szabvány eljárásokat. Különösen óvatosan kell eljárni az állandó implantátumokkal közel eső területek kezelésekor.
- A kezelt területet ért mechanikai terhelés és különös óvatosság szükséges a vérnyelvnél, idegek és egyéb sebezhető struktúrák perforációjának vagy kompressziójának elkerülése érdekében.
- Ne alkalmazza a terméket, ha a kezelni kívánt területen vagy annak közelében aktív betegség áll fenn, pl. gyulladás, fertőzés vagy daganat.
- Az injekciók a látens vagy szubklinikai herpeszvírus-fertőzés újraaktiválódásához vezethet.
- Azok a betegek, akik a vérlemezke-funkcióra ható anyagokat, például aszpirint vagy nem szteroid gyulladásgátló gyógyszereket szednek, bármely más injekcióhoz hasonlóan fokozott alkatúak vagy vérzést tapasztalhatnak az injekciózás helyén.
- Nem kívánatos a kezelés alkalmazása olyan személyeknél, akiknek elvárásai nem teljesíthetők.
- Sérült csomagolás esetén a terméket tilos felhasználni!

A nem kívánt hatások kezelése során bármely gyógyszer pl. corticosteroidok vagy antibiotikumok tartós alkalmazását gondosan mérlegelni kell, mert ez a páciense érintő kockázatokkal járhat. Ha a tartós vagy visszatérő gyulladások tünetei esetén meg kell fontolni a termék kiszívás/lecsapolás, kipréselés vagy enzimatikus lebontás (a hialuronidáz használatát tudományos publikációk ismertetik) útján történő eltávolítását. Az eltávolítási művelet megkezdése előtt a duzzanat pl. NSAID 2-7 napon át történő alkalmazásával vagy egy 7 napnál nem hosszabb corticosteroidos kúrával csökkenthető.

Klinikai vizsgálatokban sötét bőrű embereknél gyulladás utáni pigmentációs változásokat figyeltek meg (Fitzpatrick Type IV-VI).

Azon betegek esetében, akiknél korábban klinikai szempontból jelentős reakciók voltak, az ismételt kezelésről az előző kezelés mérlegelésénél a korábbi reakciók okát és jelentőségét is figyelembe kell venni.

A nemkívánatos eseményekre jelentése céljából vegye fel a kapcsolatot a terméket forgalmazó helyi Galderma képviselővel vagy a termék forgalmazójával.

A tű
A csomagolás egyszer használatos, steril 29GTW (vékony falú) tűket tartalmaz.
Alternatívaként, 25-27G méretű lekerekített hegyű kanül is használható. A kanül mérete és hossza befolyásolja a gél kinyomásához szükséges erőt. Vékonyabb kanül használata esetén előfordulhat, hogy az injekciózás alatt túl nagy ellenállást tapasztal, ami megnöveli a szövődmények, pl. a kezelendő szövetállásnak kockázatát. Ugyanez érvényes a tűkre is.

A fecskendő összeszerelése
Hüvelyk- és mutatóujjainak segítségével tartsa szilárdan a fecskendővéget és a Luer-csatlakozót. Másik kezével fogja meg a tűvédőt (illetve kanül használata esetén a kónuszt). A megfelelő összekapcsolás érdekében **nyomja le és határozottan forgassa el** a tűvédőt/kónuszt. Lásd az ábrát! Szigorúan szaspiciós technikát kell alkalmazni. Nem megfelelő összeszerelés esetében a tű és a fecskendő az injekciózás alatt elválhat egymástól.

A kezelési eljárás
- A pácienst tájékoztatni kell a javallatokról, a várható eredményről, az ellenjavallatokról, az esetleges nemkívánatos eseményekről. Szükség esetén a kiegészítő fájdalomcsillapítás szükségességéről. Ajakkorrekciós beavatkozások esetén idegblokádos érzéstelenítés alkalmazható.
- A kezelés helyét megfelelő fertőtlenítő készítménnyel tisztítsa meg!
- A tű, illetve a kanül eltörésének megelőzése érdekében a kezelés alatt, illetve a kezelés folyamán se próbálja meggörbíteni a tűt.
- Az injekció beadásának megkezdése előtt óvatosan nyomja le a dugattyút a fecskendőből, amíg a tű hegyén egy apró folyadékcsepp meg nem jelenik.
- Tű használata esetén az injekciózást megelőzően aspiráció javasolt. Az anyagot lassan injekciózza, közben a tűt húzza visszafelé.
- A befecskendezést éppen az előtt be kell fejezni, mielőtt a tűt a bőrből kihúzzuk, nehogy az anyag kiszivárogjon a beinjekciózott területről.
- A tű alternatívájaként lehetőség nyílik a kanül használatára. A fentiek szerinti előkészítést követően pl. megfelelő méretű hegyes tűvel bevitelt pontot kell létrehozni. Az injekciózást lassan végezze! Az injekciózás során a kanült úgy kell tartani, hogy az oldalán lévő nyílás nézzen, a bőr felszínével ellentétesen irányban, annak biztosítására, hogy a gél áramlása a szövet megfelelő mélységében történjen.
- Soha nem szabad túlzott nyomást alkalmazni a fecskendőre. Heges szövet jelenléte akadályozhatja a kanül/tű haladását. Ha ellenállást tapasztal, akkor egy kicsit húzza vissza a kanült/tűt, és változtassa meg irányát, vagy húzza ki teljesen, és ellenőrizze működését.

- Új hely kezeléséhez javasolt tűcsere/kanül cseréje.
- Az egyes kezelések során ajkanként legfeljebb 1,5 ml mennyiség beinjekciózása ajánlott.
- Szükség esetén az injekciózás helyét a termék egyenletes elosztásának érdekében masszírozni kell.
- A kívánt korrekció eléréséhez az első kezeléstől kezdve a terméket végzett további implantációk válhatnak szükségessé. Az injekció rendszeres megismétlésével a korrekció kívánt mértéke fenntartható.

A fecskendőt, az egyszer használatos tűt/tűvédőkeret hegyű kanült és minden fel nem használt anyagot a kezelést követően azonnal el kell távolítani a hulladékból, és a fel nem használt anyagokat a szennyeződés és a kapcsolódó egyéb kockázatok, pl. a fertőzések kockázata miatt tilos újrafelhasználni. A hulladék eltávolítását az elfogadott orvosi gyakorlat és az alkalmazandó országos, helyi és intézményi előírások szerint kell végezni.

Eltarthatósága és tárolás
A lejárati idő a csomagláson szerepel. Tárolás legfeljebb 25°C hőmérsékleten. A terméket fagytól és napfénytől óvni kell.

Gyártó
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Svédország
Telefon: +46(0)18 474 90 00, Fax: +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

A Restylane és a Galderma a Nestlé Skin Health S.A. védjegyei.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Istruzioni per l'uso

Composizione
Acido ialuronico stabilizzato: 20 mg/ml
Lidocaina idrocloruro: 3 mg/ml
Soluzione salina tamponata con fosfato: quanto basta

Descrizione
Restylane Lyps Lidocaine è un gel biodegradabile, sterile e trasparente di acido ialuronico stabilizzato di origine non animale, con aggiunta di lidocaina idrocloruro allo 0,3%. Il prodotto è fornito in una siringa di vetro. Il contenuto della siringa è stato sterilizzato a vapore. Il prodotto è monouso e non riutilizzabile. Sono presenti aghi TW (a pareti sottili) da 29G, monouso, sterilizzati con ossido di etilene. Per garantire la tracciabilità del prodotto, si consiglia di applicare alla scheda clinica l'etichetta per il paziente (che fa parte dell'etichetta della siringa).

Uso previsto
Questo prodotto può essere utilizzato per valorizzare il volume delle labbra. Deve essere iniettato per via sub-mucosa. L'aggiunta della lidocaina fornisce un effetto analgesico durante il trattamento.
Prima di eseguire la prima sessione di trattamento, si consiglia di contattare il proprio rappresentante locale Galderma o distributore Restylane per maggiori informazioni sulla tecniche di iniezione e sulle possibilità di formazione. Questo prodotto deve essere somministrato solo da personale autorizzato, in conformità alla legislazione locale.

Modalità di azione
Questo prodotto è un filler che contiene di aumentare il volume dei tessuti. In tal modo, è possibile ripristinare il volume delle labbra al livello di correzione desiderato. La capacità di trattenere volume e idratazione è tipica della proprietà dell'acido ialuronico stabilizzato di legame all'acqua.

Avvertenze
- Non usare nei pazienti con ipersensibilità nota alla lidocaina o agli anestetici locali di tipo amminico.
- Non iniettare per via intramuscolare o intravascolare. Come per ogni altro dispositivo medico iniettabile, l'iniezione accidentale nei vasi ematici potrebbe causare occlusione, ischemia e necrosi dei vasi. Si raccomanda di aspirare prima dell'iniezione.
- Se lo strato cutaneo superiore assume un colore biancastro (c.d. "sbiancamento"), interrompere subito l'iniezione e massaggiare l'area finché non assume il colore normale.
- Non usare nei pazienti con disturbi emorragici o sotto trattamento con trombolitici o anticoagulanti.
- Non risterilizzare.
- Non mescolare con altri prodotti prima dell'iniezione del dispositivo.

Precauzioni
Considerazioni generali riguardanti i dispositivi medici iniettabili
- Le procedure di iniezione risultano associate ad un rischio d'infezione. Per evitare le infezioni crociate, si raccomanda di adottare una tecnica asettica e di osservare le procedure standard.
- Adottare particolare cautela quando si trattano aree in prossimità di impianti permanenti.
- Per evitare di perforare o comprimere vasi sanguigni, nervi e altre strutture vulnerabili, è necessario conoscere l'anatomia del sito di trattamento e adottare particolare cautela.
- Non utilizzare in aree con malattia attiva, ad esempio infiammazione, infezione o tumori, all'interno o in prossimità della sede di trattamento prevista.
- Le procedure iniettabili possono determinare la riattivazione della infezioni virali erpetiche latenti o subcliniche.
- Nei pazienti sotto trattamento con sostanze che influenzano la funzione piastrinica, ad esempio aspirina e farmaci antiinfiammatori non steroidei, si possono verificare, come con qualsiasi iniezione, lividi di maggior entità o sanguinamento nella sede d'iniezione.

- Non esercitare mai una pressione eccessiva sulla siringa. La presenza di tessuto cicatriziale potrebbe ostacolare l'avanzamento della cannula/dell'ago. Se si incontra resistenza, la cannula/l'ago dovrebbe essere parzialmente ritirato e riposizionato, oppure ritirato del tutto per controllarne il funzionamento.
- Si raccomanda di cambiare l'ago/la cannula per ogni nuovo sito di trattamento.
- Ad ogni sessione terapeutica, si raccomanda un dosaggio massimo di 1,5 ml per labbro.
- Se necessario, modellare con delicatezza l'area trattata per distribuire uniformemente il prodotto.
- Dopo il primo trattamento, potrebbero essere necessari ulteriori impianti di prodotto per raggiungere il livello di correzione desiderato. Iniezioni periodiche di ritocco aiutaranno a mantenere il livello di correzione desiderato.

La siringa, l'ago/la cannula smussa monouso e il materiale non utilizzato devono essere smaltiti subito dopo la seduta di trattamento e non riutilizzati, a causa dell'inerente rischio di contaminazione e delle infezioni associate. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo la prassi medica accettata e le vigenti direttive nazionali, locali o istituzionali.

Periodo di validità e conservazione
La data di scadenza è indicata sulla confezione. Conservare fino a 25 °C. Proteggere dal congelamento e dalla luce solare.

Casa produttrice
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Svezia
Telefono +46(0)18 474 90 00, Fax +46(0)18 474 90 01
www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

Restylane e Galderma sono marchi di fabbrica di Nestlé Skin Health S.A.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Οδηγίες χρήσης

Σύνθεση
Υαλουρονικό οξύ, σταθεροποιημένο 20 mg/ml
Υδροχλωρική αξίνη λιδοκαΐνης 3 mg/ml
Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών q.s.

Περιγραφή
Το Restylane Lyps Lidocaine είναι μία στείρα, διαφανής, βιοδιασπώμενη γέλη σταθεροποιημένου μη ζωικής προέλευσης υαλουρονικού οξέος με την προσθήκη 0,3% υδροχλωρικής λιδοκαΐνης. Διατίθεται σε γυάλινο φιαλίδιο. Το περιεχόμενο της σύριγγας έχει αποστειρωθεί χρησιμοποιώντας υγρή θερμότητα. Το προϊόν προορίζεται για μία χρήση μόνο. Παρέχονται βελόνες απόλυτης στάθμης 29G TW (λεπτοτοιχωματικές), αποστειρωμένες χρησιμοποιώντας οξείδιο του αιθυλενίου. Για τη διασφάλιση η συγκινησιμότητα, η ετικέτα για το φιαλίδιο του ασθενούς (μέρος της ετικέτας της σύριγγας) θα πρέπει να επικολληθεί στο φάκελο του ασθενούς.

Ευδειχνόμενη Χρήση
Το προϊόν αυτό ενδείκνυται για αύξηση του όγκου των χειλιών. Πρέπει να χορηγείται μέσω υποβλεννογόνιας έγχυσης. Η προσθήκη της λιδοκαΐνης παρέχει αναισθητικό στη διάρκεια της σύριγγας.
Πριν από την πρώτη συνεδρία αγωγής συνιστάται να επικοινωνείτε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Galderma ή το διανομέα του Restylane για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές έγχυσης και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χορήγηση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Τρόπος δράσης
Το προϊόν αυτό είναι ένα υλικό πλήρωσης το οποίο προσθέτει όγκο στον ιστό, οι οποίος αυξάνει τον όγκο των χειλιών για όσο επιθυμητό επίπεδο αποκατάστασης. Ο όγκος και η ικανότητα ενσωμάτωσης οφείλονται στην ικανότητα του υαλουρονικού οξέος να συνδέει νερό.

Προειδοποίηση
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη λιδοκαΐνη ή στα τοπικά αναισθητικά αμιδικού τύπου.
- Μην το εγχύετε ενδοφλεβίως ή ενδαγγειακά. Όπως συμβαίνει και με άλλα ενέσιμα ιατρικά προϊόντα, η ακούσια έγχυση μέσα σε αιμοφόρα αγγεία μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη, ισχαιμία και πιθανή καταστροφή των περιβαλλοντικών ιστών, καθώς και έμφραγμα. Εάν το δέρμα αποκτήσει χλωμή εμφάνιση (συνήθως), η έγχυση θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και η περιοχή να μαλάσσεται έως ότου επανέλθει το φυσιολογικό της χρώμα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με αμφιρρεπείς διατροφής ή με ασθενείς που λαμβάνουν θρομβολυτικά ή αντιπηκτικά.
- Μην επαναγεμίζετε με άλλο πράσινο πριν από την έγκριση.

Προφυλάξεις
Γενικά ζητήματα σχετικά με ενέσιμα ιατρικά προϊόντα
- Οι διαδικασίες έγχυσης σχετίζονται με κίνδυνο λοίμωξης. Προκειμένου να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση πρέπει να τηρούνται οι αρχές της ασηψίας και οι συνήθεις συστάσεις στους ασθενείς.
- Πρέπει να επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια θεραπείας περιοχών που βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποιο μόνιμο εμφύτευμα.
- Γενικά, τις σύριγγες θεραπείας θα πρέπει να αποφεύγεται η έγχυση σε περιοχές που παρουσιάζουν ενεργό φλεγμονή, όπως φλεγμονή, λοίμωξη ή όγκους στο δέρμα ή κοντά σε αυτό, πριν από τη θεραπεία.
- Ο

Restylane® Lyps™ Lidocaine – instrukcja użycia

Skład

Stabilizowany kwas hialuronowy	20 mg/ml
Chlorowodorek lidokainy	3 mg/ml
Stół fizjologiczna buforowana fosforanami	q.s.

Opis

Preparat Restylane Lyps Lidocaine jest jałowym, przezroczystym, ulegającym biodegradacji żelem, zawierającym stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego z dodatkiem 0,3% chlorowodorku lidokainy. Preparat dostarczany jest w strzykawce. Zawartość strzykawki została wysterylizowana parą, przy użyciu pary przemasowanej wyłącznie do jednorazowego użytku. Do produktu załączone są jednorazowe, sterilizowane igły 29G TW, sterylizowane tlenkiem etylenu. W celu identyfikacji użytego produktu, do dokumentacji pacjenta należy załączyć naklejkę identyfikacyjną pacjenta, stanowiącą część etykiety strzykawki.

Przewidziane zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do uwydatniania ust. Należy go podawać drogą iniekcji podśluzówkowych. Dodatek lidokainy w preparacie łagodzi ból podczas zabiegu.

Przed pierwszym zabiegiem zaleca się skonsultować z znajomym przedstawicielem firmy Galderma lub dystrybutorem preparatów Restylane w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat technik iniekcji i możliwości szkoleń. Preparat powinien być podawany wyłącznie przez autoryzowany personel, zgodnie z lokalne obowiązującymi przepisami.

Mechanizm działania

Preparat jest wypełniaczem, który działa poprzez zwiększanie objętości tkanki, czego efektem jest uwydatnienie ust do poziomego rysunku kości. Hialuronian kwasu hialuronowego działanie lifting ujęcie wynikają ze zdolności stabilizowanego kwasu hialuronowego do wiązania wody.

Ostrzeżenia

- Nie stosować u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na lidokainę lub inne amidowe środki miejscowo znieczulające.
- Nie wstrzykiwać domięśniowo lub dożylnie/wnos. Podobnie jak przy stosowaniu innych wstrzykiwanych preparatów medycznych, niezamierzone podanie do naczyń krwionośnych może powodować do niedrożności naczynia, niedokrwienia i martwicy Przed iniekcją zalecana jest aspiracja.
- Jeśli skóra w miejscu zabiegu zaczyna się bielawa, należy natychmiast przerwać iniekcję i podjąć masaż okolic wkłucia aż do przywrócenia naturalnej barwy skóry.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami krwawienia lub przyjmujących leki trombolityczne bądź antykoagulanty.
- Produkt nie należy ponownie sterylizować.
- Nie mieszać z innymi produktami przed podaniem.

Środki ostrożności

Ogólne uwagi dotyczące wstrzykiwalnych preparatów medycznych

- Procedury iniekcji niosą ze sobą ryzyko infekcji. W celu zapobieganiu zakażeniom krzyżowym należy przestrzegać zasad aseptyki i standardowej praktyki.
- Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia okolic znajdujących się w bezpośredniej bliskości stałych implantów.
- Aby uniknąć perforacji lub ucisku naczyń, nerwów i innych wrażliwych struktur wymagana jest znajomość anatomii okolic, w których podawanych leczenia oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
- Nie stosować, gdy w planowanym miejscu zabiegu lub jego okolicy wystąpią oznaki stanu chorobowego, np. opalenizna, zaklejenie lub gut.
- Zabiegi wstrzykiwania mogą prowadzić do reaktywacji utajonego lub subklinicznego zakażenia wirusem opryszczkowatym.
- Pacjenci zażywający środki obniżające krzepliwość krwi, takie jak aspiryna lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, mogą doznawać dolegliwości typowych dla każdego rodzaju iniekcji, takich jak nasilone siniaczki lub krwawienie w miejscach wkłucia.
- Pacjenci o nierealistycznych oczekiwaniach nie są właściwymi kandydatami do leczenia.
- Nie używać produktu otrzymanego w uszkodzonym opakowaniu.

Należy uważnie przeanalizować zasadność zastosowania dostępu kurczki jakimikolwiek lekami, np. korytkosteroidami lub antybiotykami, w leczeniu działań niepożądanych, gdyż może ona wiązać się z zagrożeniem zdrowia pacjenta. W przypadku ciągłych lub nawracających objawów zakaźnych należy rozważyć usunięcie preparatu poprzez aspirację/drenaż, wyciśnięcie lub rozkład enzymatyczny (w publikacjach naukowych podaje się użycie hialuronidazy). Przed podjęciem procedury usuwania implantu można zlagodzić objaw, na przykład podając przez 2–7 dni niesteroidowe leki przeciwzapalne lub stosując krótką (poniżej 7 dni) kurację korytkosteroidami, by umożliwić skuteczną terapię przeciwbakteryjną.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów o ciemnej skórze (fototypy IV–VI wg skali Fitzpatricka) zaobserwowano przebarwienia pozapalne.

Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu ponownego zabiegu u pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane kliniczne, należy wziąć pod uwagę przyczynę i wagę poprzednich reakcji.

O działaniach niepożądanych należy informować miejscowego przedstawiciela firmy Galderma lub dystrybutora tego preparatu.

Igła

W skład zestawu wchodzą jednorazowe, sterylne, cienkościenne igły 29G TW.

Zamiast igły można użyć sterylnej, tępo zakończonej kaniuli o rozmiarze 25–27G. Od rozmiaru i długości kaniuli uzależniona jest siła nacisku wywierana na tył podczas wyciskania go ze strzykawki. W przypadku użycia cienszej kaniuli opór podczas iniekcji może być duży, dlatego należy elektor często wymieniać na nowy wyciśnięcie preparatu lub kaniuli od strzykawki.Te same uwagi odnoszą się do igieł.

Zalecane igły na strzykawki

Chwycić mocno lokalnym i palcem wskazującym szklany korpus strzykawki i kołnierzyk luer-lock. Drugą ręką chwycić osłonę igły (lub nasadkę kaniuli). Aby poprawnie nasrubować igłę lub kaniulę, należy ją jednocześnie mocno **dociskać i przekręcać.** Patrz rysunek.

Należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki. Niewłaściwe założenie igły może spowodować jej odłączenie od strzykawki w trakcie iniekcji.

Procedura zabiegu

- Pacjenta należy poinformować o wskazaniach, oczekiwanym skutku, środkach ostrożności i ewentualnych działaniach niepożądanych. Należy ustalić, czy pacjent wymaga podania dodatkowego środka przeciwbólowego. Przy zabiegu uwydatnienia ust można zastosować znieczulenie w postaci blokady nerwu.
- Obszar skóry podawanej zabiegowi należy dokładnie oczyścić odpowiednim środkiem antyseptycznym.
- Aby uniknąć złamania igły lub kaniuli, nie należy jej wygiąć ani w żaden inny sposób nie manipulować przed zabiegiem lub w jego trakcie.
- Przed rozpoczęciem iniekcji należy usunąć powietrze poprzez delikatne wciskanie tłoka do momentu, gdy na szczycie igły pojawi się kropelka.
- W przypadku użycia igły przed iniekcją zalecana jest aspiracja. Zal należy wstrzykiwać powoli wycofując igłę.
- Iniekcja powinna zostać zakończona tuż przed wyciągnięciem igły ze skóry, aby zapobiec wyciekaniu preparatu z miejsca wkłucia.
- Ziemiast igły można do zabiegu użyć tępo zakończonej kaniuli. Po przygotowaniu jak opisano powyżej, w skórze należy wykonać otwór wielkości nu przykład za pomocą ostrej igły właściwego rozmiaru. Wstrzykiwać powoli. Podczas iniekcji bocznym otwór kaniuli powinien być skierowany ku dołowi (tylem do powierzchni skóry). Aby uniknąć przejęcia palca na odpowiedniej głębokości w tkance.
- W żadnym momencie nie należy dopuścić do wstrzyknięcia preparatu do naczyń krwionośnych. Obecność ciarki błiznowatej może utrudniać prowadzenie kaniuli/igły We razie napotkania niewyjaśnionych reakcji zapalnych należy wyłączyć zakażenie, a w razie potrzeby wyleczyć je, ponieważ wstrzykiwanie preparatu w obecności zakażenia może pogłębić zakażenie, a także jak tworzenie się ropnia. Nie zaleca się podawania wyłącznie dożylnych korytkosteroidów bez jednoczesnej terapii antybiotykowej.

Utilizzarea prolungatà a orice medicament, de exemplu, corticosteroizi sau antibiotice, in tratamentul evenimentelor adverse trebuie să fie evaluat cu atenție, deoarece acest lucru poate prezenta un risc pentru pacient. In cazul simptomelor inflamatorii persistente sau recurente, luați în considerare îndepărtarea produsului prin aspirație/drenaj, stoarcere sau degradarea enzimatică (utilizarea hialuronidazei a fost descrisă în publicațiile științifice). Înainte de efectuarea oricărei proceduri de eliminare, se poate reduce umflarea prin administrarea, de exemplu, de AINS pentru 2-7 zile, sau printr-un scurt tratament (mai puțin de 7 zile) cu corticosteroizi înainte de începerea unui tratament pentru a permite o terapie țintită împotriva bacteriilor.

În studiile clinice, au fost observate modificări de pigmentare postinflamatorie la persoane cu piele de culoare închisă (Fitzpatrick Tip IV-VI).

În cazul pacienților care au avut reacții semnificative din punct de vedere clinic, decizia de repetare a tratamentului ar trebui să ia în considerare cauza și semnificația reacțiilor anterioare.

Pentru raportarea de evenimente adverse, contactați reprezentantul local Galderma sau distribuitorul acestui produs.

Acul

Sunt furnizate ace sterile de unică folosință 29G TW (cu pereți subțiri).

Alternativ, se poate folosi o canulă teșită boantă 25-27G. Dimensiunea și lungimea canulei va afecta forța necesară pentru extrudarea gelului. În cazul în care se utilizează o canulă mai subțire, rezistența în timpul injectării va crește și poate exista un risc crescut de scurgere sau de separare a canulei de seringă. Același precauțiuni trebuie aplicate pentru ace.

Montarea acului pe seringă

Strângeți ferm cu degetul mare și cu arătătorul stâl corpul de sticlă al seringii, cât și adaptorul luer-lock. Prindeți teaca acului (sau baza canulei) cu celălalt mână. Pentru a facilita montarea corect, **împingeți și rotiți** simultan cu fermitate. A se vedea imaginea. Trebuie respectată tehnica aseptică strictă. Montarea incorectă poate cauza separarea acului de seringă în timpul injectării.

Raportarea de efecte adverse după punerea pe piață

Au fost raportate următoarele efecte adverse după punerea pe piață (listă neexhaustivă): abces, angioedem, echimoze, eritem, edem, durere, hemoragie, hipersensibilitate, durere la palpare/noduli, puriri, durată scurtă a efectului și umflare.

Alte efecte adverse posibile, care au fost raportate în urma tratării buzelor cu alte materiale de umplutură din gama Restylane: acnee, atrofie/cicatrici, bâșici, tulburări capilare, cum ar fi telangiectazia, dermatita, dificultate dispozitivului, granulom, hipersensibilitate, indurație, inflamație, necroză/țesut, simptome neurologice cum ar fi parestezii și reactivarea infecției herpetice.

Comprimarea vasculară poate apărea cu urmare a unei injecții intravasculare accidentale sau cu urmare a compresiei vasculare externe cu implantarea ulterioară a produs injectabil. Acesta poate fua următoarele forme: albire, decolorare, necroză sau deteriorări la țesutul respectiv. Au fost raportate și cazuri de cărie vaselor de sânge afectate. În cazuri foarte rare, sunt posibile evenimente ischemice la nivelul altor organe ca urmare a embolizării.

S-au raportat simptome de inflamație la locul implantului pentru materiale de umplutură din gama Restylane după tratarea buzelor în cazul unei reacții inflamatorii inexplicabile, infecție trebuie excluse și tratate, dacă este necesar, deoarece infecția tratate inadecvat pot evolua în complicații, cum ar fi formarea de abcese.Tratamentul folosind excluse corticosteroizi administrați pe cale orală, nelimotrit de un tratament cu antibiotice, nu este recomandat.

- Este recomandat să folosiți ați ac sau altă canulă pentru fiecare loc tratat.
- În fiecare seasune de tratament, se recomandă o doză maximă de 1,5 ml pentru fiecare buză.
- Dacă este necesar,local de injectare multiple pentru a distribui uniform produsul.
- După primul tratament, se pot dovedi necesare implanturi suplimentare cu produsul pentru a atinge nivelul de corectie dorit. Injectați în perioadele ulterioare tratamentul și contribuie la susținerea gradului de corecție dorit.

Seringa, acul de unică folosință/canula boantă și orice material neutilizat trebuie aruncate imediat după ședința de tratament și nu trebuie să fie reutilizate datorită de contaminare și materialului neutilizat și a riscurilor asociate, inclusiv infecții. Aruncarea materialelor trebuie să respecte practicile medicale acceptată și reglementările naționale, locale sau instituționale relevante.

Perioada de valabilitate și de depozitare

Data de expirare este indicată pe ambalaj. A se depozita la temperaturi de maximum 25° C.A se proteja de lumină și de lumina solară.

Producător

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Suedia Telefon +46(0)18 474 90 00, Fax +46(0)18 474 90 01 www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

Restylane și Galderma sunt mărci comerciale deținute de Nestlé Skin Health SA.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Инструкция по применению

Состав	
Кислоты гиалуроновой стабилизированной	20 мг/мл
Гидрохлорид лидокаина	3 мг/мл
Фосфатного буферного раствора	дост. кол-во.

Описание

Restylane Lyps Lidocaine - стерильный, прозрачный, биодеградируемый гель стабилизированной гиалуроновой кислоты немикотного происхождения с добавлением 0,3 % лидокаина гидрохлорида. Он поставляется в стеклянном шприце. Содержимое шприца стерилизовано автоклавированием. Продукт предназначен только для одноразового применения. Прилагаются одноразовые иглы 29G TW (тонкостенные), стерилизованные оксидом этилена. Для обеспечения отслеживаемости пригодно следует прикрепить к медицинской карте пациента регистрационную наклейку, находящуюся частью этикетки шприца.

Назначение

Данный препарат предназначен для увеличения объема губ. Его следует вводить путем инъекции под слизистую оболочку. Добавленное лидокаина облегчает боль во время процедуры.

Перед выполнением первой процедуры рекомендуется связаться с местным представителем компании Galderma или дистрибьютором препаратов Restylane для получения дополнительной информации о методах инъекции и возможности обучения. Введение этого препарата могут производить только специалисты, имеющие право на это в соответствии с местными законодательством.

Механизм действия

Этот препарат является заполнителем, который увеличивает объем тканн для увеличения объема губ и достижения желаемой степени коррекции. Объемный эффект препарата и его стойкость за счет способности гиалуроновой кислоты стабилизированной гиалуроновой кислоты связываться с водой.

Предостережения

- Не применять у пациентов с гипочувствительностью к лидокаину или каким-либо местным анестетикам амидного типа.
- Не вводить в мышцы или кровеносные сосуды. Непреднамеренное внутрисосудистое введение этих препаратов, как и других инъецируемых препаратов медицинского назначения, может привести к перекрытию сосуда, ишемии и некрозу. Рекомендуется перед инъекцией выполнить аспирацию шприцом.
- При побледнении (побеленности) кожи на месте инъекции следует немедленно прекратить введение препарата и массировать кожу до восстановления ее нормального цвета.
- Не следует вводить этот препарат пациентам с повышенной кровоточивостью, а также принимающим тромболитические препараты или антикоагулянты.
- Не подвергать повторной стерилизации.
- Не смешивать с другими препаратами перед инъекцией имплантата.

Меры предосторожности

Общие положения касающиеся инъекционных медицинских препаратов

- Процедуры инъекции связаны с риском инфекции. Следует соблюдать правила асептики и стандартную практику процедуры предупреждения передачи инфекции.
- Необходима особая осторожность при введении препарата в непосредственной близости к постоянным имплантатам.
- Во избежание перфорации или сдавления сосудов, нервов и других важных структур необходимы знание анатомии обрабатываемой области и особое внимание.
- Препарат не следует вводить в участки, имеющие признаки активной инфекции, например, воспаления или инфекции или опухоли, а также в прилегающие к ним зоны кожи.
- Процедура инъекции может привести к реактивации латентной или субклинической формы герпеса.
- Как и при других инъекциях, одновременное применение препаратов, влияющих на функции тромбоцитов (например, нестероидных противовоспалительных средств), может сопровождаться повышенным риском образования кровоподтеков или кровотечения из мест инъекций.
- Пациенты с несбыточными надеждами не являются подходящими кандидатами для процедуры.
- Не применяйте изделие с поврежденной упаковкой.

Особые указания, которые следует учитывать при использовании этого продукта

- На введэта этот продукт в кожу, куда ранее был введен имплантат, не являющийся препаратом гиалуроновой кислоты, немикотного происхождения с добавлением 0,3 % лидокаина гидрохлорида. Он поставляется в стеклянном шприце. Содержимое шприца стерилизовано автоклавированием. Продукт предназначен только для одноразового применения. Прилагаются одноразовые иглы 29G TW (тонкостенные), стерилизованные оксидом этилена. Для обеспечения отслеживаемости пригодно следует прикрепить к медицинской карте пациента регистрационную наклейку, находящуюся частью этикетки шприца.

Назначение

Данный препарат предназначен для увеличения объема губ. Его следует вводить путем инъекции под слизистую оболочку. Добавленное лидокаина облегчает боль во время процедуры.

Перед выполнением первой процедуры рекомендуется связаться с местным представителем компании Galderma или дистрибьютором препаратов Restylane для получения дополнительной информации о методах инъекции и возможности обучения. Введение этого препарата могут производить только специалисты, имеющие право на это в соответствии с местными законодательством.

Механизм действия

Этот препарат является заполнителем, который увеличивает объем тканн для увеличения объема губ и достижения желаемой степени коррекции. Объемный эффект препарата и его стойкость за счет способности гиалуроновой кислоты стабилизированной гиалуроновой кислоты связываться с водой.

Предостережения

- Не применять у пациентов с гипочувствительностью к лидокаину или каким-либо местным анестетикам амидного типа.
- Не вводить в мышцы или кровеносные сосуды. Непреднамеренное внутрисосудистое введение этих препаратов, как и других инъецируемых препаратов медицинского назначения, может привести к перекрытию сосуда, ишемии и некрозу. Рекомендуется перед инъекцией выполнить аспирацию шприцом.
- При побледнении (побеленности) кожи на месте инъекции следует немедленно прекратить введение препарата и массировать кожу до восстановления ее нормального цвета.
- Не следует вводить этот препарат пациентам с повышенной кровоточивостью, а также принимающим тромболитические препараты или антикоагулянты.
- Не подвергать повторной стерилизации.
- Не смешивать с другими препаратами перед инъекцией имплантата.

Этот препарат является заполнителем, который увеличивает объем тканн для увеличения объема губ и достижения желаемой степени коррекции. Объемный эффект препарата и его стойкость за счет способности гиалуроновой кислоты стабилизированной гиалуроновой кислоты связываться с водой.

Предостережения

- Не применять у пациентов с гипочувствительностью к лидокаину или каким-либо местным анестетикам амидного типа.
- Не вводить в мышцы или кровеносные сосуды. Непреднамеренное внутрисосудистое введение этих препаратов, как и других инъецируемых препаратов медицинского назначения, может привести к перекрытию сосуда, ишемии и некрозу. Рекомендуется перед инъекцией выполнить аспирацию шприцом.
- При побледнении (побеленности) кожи на месте инъекции следует немедленно прекратить введение препарата и массировать кожу до восстановления ее нормального цвета.
- Не следует вводить этот препарат пациентам с повышенной кровоточивостью, а также принимающим тромболитические препараты или антикоагулянты.
- Не подвергать повторной стерилизации.
- Не смешивать с другими препаратами перед инъекцией имплантата.

Меры предосторожности

Общие положения касающиеся инъекционных медицинских препаратов

- Процедуры инъекции связаны с риском инфекции. Следует соблюдать правила асептики и стандартную практику процедуры предупреждения передачи инфекции.
- Необходима особая осторожность при введении препарата в непосредственной близости к постоянным имплантатам.
- Во избежание перфорации или сдавления сосудов, нервов и других важных структур необходимы знание анатомии обрабатываемой области и особое внимание.
- Препарат не следует вводить в участки, имеющие признаки активной инфекции, например, воспаления или инфекции или опухоли, а также в прилегающие к ним зоны кожи.
- Процедура инъекции может привести к реактивации латентной или субклинической формы герпеса.
- Как и при других инъекциях, одновременное применение препаратов, влияющих на функции тромбоцитов (например, нестероидных противовоспалительных средств), может сопровождаться повышенным риском образования кровоподтеков или кровотечения из мест инъекций.
- Пациенты с несбыточными надеждами не являются подходящими кандидатами для процедуры.
- Не применяйте изделие с поврежденной упаковкой.

Особые указания, которые следует учитывать при использовании этого продукта

- На введэта этот продукт в кожу, куда ранее был введен имплантат, не являющийся препаратом гиалуроновой кислоты.
- Не вводить в мышцы или кровеносные сосуды. Непреднамеренное внутрисосудистое введение этих препаратов, как и других инъецируемых препаратов медицинского назначения, может привести к перекрытию сосуда, ишемии и некрозу. Рекомендуется перед инъекцией выполнить аспирацию шприцом.
- При побледнении (побеленности) кожи на месте инъекции следует немедленно прекратить введение препарата и массировать кожу до восстановления ее нормального цвета.
- Не следует вводить этот препарат пациентам с повышенной кровоточивостью, а также принимающим тромболитические препараты или антикоагулянты.
- Не подвергать повторной стерилизации.
- Не смешивать с другими препаратами перед инъекцией имплантата.

Меры предосторожности

Общие положения касающиеся инъекционных медицинских препаратов

- Процедуры инъекции связаны с риском инфекции. Следует соблюдать правила асептики и стандартную практику процедуры предупреждения передачи инфекции.
- Необходима особая осторожность при введении препарата в непосредственной близости к постоянным имплантатам.
- Во избежание перфорации или сдавления сосудов, нервов и других важных структур необходимы знание анатомии обрабатываемой области и особое внимание.
- Препарат не следует вводить в участки, имеющие признаки активной инфекции, например, воспаления или инфекции или опухоли, а также в прилегающие к ним зоны кожи.
- Процедура инъекции может привести к реактивации латентной или субклинической формы герпеса.
- Как и при других инъекциях, одновременное применение препаратов, влияющих на функции тромбоцитов (например, нестероидных противовоспалительных средств), может сопровождаться повышенным риском образования кровоподтеков или кровотечения из мест инъекций.
- Пациенты с несбыточными надеждами не являются подходящими кандидатами для процедуры.
- Не применяйте изделие с поврежденной упаковкой.

Особые указания, которые следует учитывать при использовании этого продукта

- На введэта этот продукт в кожу, куда ранее был введен имплантат, не являющийся препаратом гиалуроновой кислоты.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Instrucciones de uso

Composición

Ácido hialurónico estabilizado	20 mg/ml
Clorhidrato de lidocaína	3 mg/ml
Solución salina tamponada con fosfato	q.s.

Descripción

Restylane Lyps Lidocaine es un gel estéril, transparente y biodegradable, compuesto por ácido hialurónico estabilizado que no se obtiene de animales y al que se agrega clorhidrato de lidocaína al 0,3%. Se suministra en una jeringa de vidrio. El contenido de la jeringa se ha esterilizado con calor húmedo. El producto es para un solo uso. Se suministran agujas desechables de punta fina (TW) y calibre 29G, esterilizadas con óxido de etileno. Para garantizar la trazabilidad, se debe adjuntar a la historia clínica del paciente la etiqueta incluida a tal efecto (que forma parte del etiquetado de la jeringa).

Uso previsto

Este producto está indicado para aumentar el volumen de los labios. Se debe administrar inyectándolo en la submucosa. La lidocaína añadida a la composición alivia el dolor durante el tratamiento.

Antes de proceder a realizar la primera sesión de tratamiento se recomienda que consulte con su representante local de Galderma o con el distribuidor de Restylane para obtener más información sobre las técnicas de inyección y las oportunidades de capacitación. Este producto debe ser administrado exclusivamente por personal autorizado de conformidad con la legislación vigente.

Mecanismo de acción

Este producto es un material de relleno que aporta volumen a los tejidos, que se realizan los labios hasta el nivel de corrección deseado. El volumen y el efecto de reafce o lifting se deben a la capacidad del ácido hialurónico estabilizado de atraer grandes cantidades de agua.

Advertencias

- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la lidocaína o a anestésicos locales amídicos.
- No inyectar en vasos ni en músculos. Como ocurre con otros productos sanitarios inyectables, la inyección accidental en un vaso sanguíneo podría causar oclusión vascular, isquemia y necrosis. Se recomienda aspirar antes de inyectar.
- Si se observa que la piel se torna de color amarillento se vuelve blanquecina (efblanqueamiento), hay que interrumpir de inmediato la inyección y aplicar un masaje sobre la zona hasta que recupere la coloración normal.
- No utilizar en pacientes con trastornos de la coagulación o que estén tomando trombolíticos o anticoagulantes.
- No reesterilizar el producto.
- No mezclarlo con otros productos antes de inyectarlo.

Precauciones

Consideraciones generales relativas a los productos sanitarios inyectables

- Los tratamientos basados en inyecciones entrañan riesgo de infección. Es indispensable utilizar una técnica aséptica y seguir el procedimiento de referencia para prevenir las infecciones cruzadas.
- Se debe proceder con especial precaución al tratar zonas muy próximas a un implante permanente.
- Es indispensable conocer la anatomía del lugar que se desea tratar y proceder con especial precaución para no perforar ni comprimir vasos sanguíneos, nervios u otras estructuras vulnerables.
- No utilice el producto en zonas que contengan o estén próximas a lesiones activas en actividad, como inflamaciones, infecciones o tumores.
- Los tratamientos basados en inyecciones pueden inducir la reactivación de infecciones herpéticas latentes o subclínicas.
- En los pacientes que estén recibiendo sustancias que afectan a la función plaquetaria, como ácido acetilsalicílico (aspirina) o antiinflamatorios no esteroideos, es posible que, al igual que con cualquier inyección, haya más hematomas o hemorragias en los lugares en los que se ha inyectado el producto.
- Los pacientes con expectativas irrazonables no son candidatos adecuados para someterse a este tratamiento.
- No debe utilizarse el producto si el envase está dañado.

Antes de llevar a cabo cualquiera de estos procedimientos de eliminación se puede reducir la hinchazón administrando, por ejemplo, un esteroide o un antibiótico durante 2 a 7 días, o un tratamiento corto con corticoides durante menos de 7 días, a fin de que se puedan paliar más fácilmente los restos de producto.

En estudios clínicos en personas de piel oscura (tipos IV a VI de Fitzpatrick) se han observado alteraciones pigmentarias postinflamatorias.

En los pacientes que hayan tenido reacciones de importancia clínica, la decisión de volver a someterlos a un tratamiento se tomará teniendo en cuenta la causa y la magnitud de las reacciones anteriores.

Si desea notificar una reacción adversa, póngase en contacto con el representante local de Galderma o con el distribuidor de este producto.

Aguja

Se suministran agujas estériles y desechables de puntas finas (TW) y calibre 29G.

Como alternativa, se utilizar una cánula roma estéril de 25-27G. El calibre y la longitud de la cánula influyen en la fuerza necesaria para extruir el gel. Si se utiliza una cánula más estrecha, puede que la resistencia durante la inyección sea demasiado alta, lo que aumentará el riesgo de que el producto rebose o de que la cánula se separe de la jeringa. Las mismas consideraciones rigen para las agujas.

Montaje de la aguja en la jeringa

Utilice el pulgar y el índice para coger y sujetar firmemente la jeringa de vidrio y el adaptador luer-lock. Con la otra mano sujete el capuchón de la aguja (o el manguito de la cánula). Para facilitar un correcto montaje, **presione y gire** a la vez con firmeza. Vease la figura. Debe emplearse una técnica rigurosamente aséptica. Si el montaje es incorrecto, existe el riesgo de que la aguja se separe de la jeringa durante la inyección.

Técnica de tratamiento

- Se informará al paciente de las indicaciones, el resultado previsto, las precauciones y los posibles reacciones adversas. Hay que valorar si el paciente necesita analgesia adicional. En las intervenciones de realce de los labios puede utilizarse una anestesia por bloqueo nervioso.
- Limpie minuciosamente la zona que va a tratar con una solución antiséptica adecuada.
- Para evitar que la aguja o la cánula se rompa, no intente doblarla ni manipularla de ningún otro modo antes del tratamiento o durante el mismo.
- Antes de inyectar, elimine el aire de la jeringa presionando con cuidado el émbolo hasta que vea aflorar una gota del producto por la punta de la aguja.
- Si se utiliza una aguja, introdúzcala aspirar antes de inyectar. Inyecte el producto lentamente al tiempo que tira de la aguja hacia atrás.
- Deje de inyectar inmediatamente antes de extraer la aguja de la piel para evitar que el producto rebose por el punto de inyección.
- En lugar de una aguja puede utilizarse una cánula roma. Tras la preparación descrita más arriba, se abre un punto de acceso en la piel, por ejemplo, con una aguja puncante del calibre apropiado, y se introduce la cánula lentamente. Se recomienda que durante la inyección el orificio lateral de la cánula esté dirigido hacia abajo, es decir, en sentido opuesto a la superficie de la piel, para asegurarse de que el flujo de gel se encamina a la profundidad correcta en el tejido.
- No aplique una presión excesiva sobre la jeringa en ningún momento. La presencia de tejido cicatricial puede obstaculizar el avance de la cánula o la aguja. Si encuentra resistencia, retire parcialmente la cánula o la aguja y cámbiela de posición, o extráigala del todo y compruebe que funciona.
- Se recomienda cambiar la aguja o la cánula cada vez que se cambia de zona de tratamiento.
- Se aconseja inyectar un máximo de 1,5 ml en cada labio por sesión de tratamiento.
- En caso necesario, se moldeará el lugar de la inyección para distribuir el producto uniformemente.

- Tras el primer tratamiento, puede que hagan falta más implantaciones del producto para lograr el grado de corrección deseado. Las inyecciones periódicas de mantenimiento ayudan a conservar este.

La jeringa, la aguja o la cánula roma desechable y todo el material que no se haya utilizado deben eliminarse inmediatamente después de la sesión de tratamiento y no deben reutilizarse, ya que el material no utilizado puede haberse contaminado y ello entraña riesgos, como infecciones. En su eliminación deben respetarse las prácticas médicas aceptadas y las normas nacionales, locales o institucionales.

Periodo de validez y conservación

La fecha de caducidad está indicada en el envase. Conservar a una temperatura máxima de 25 °C. Proteger de la congelación y la luz solar.

Fabricante

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Suecia Tel.: +46(0)18 474 90 00, Fax: +46(0)18 474 90 01 www.q-med.com, e-mail: info.q-med@galderma.com

Restylane y Galderma son marcas comerciales de Nestlé Skin Health SA.

Restylane® Lyps™ Lidocaine - Kullanım Talimatları

İçerik

Stabilize hyalüronik asit	20 mg/mL
Lidokain hidroklorid	3 mg/mL
Fosfat tamponlu salin	q.s.

Tanımı

Restylane Lyps Lidocaine, hayvansal kaynaklı olmayan stabilize hyalüronik asitten üretilmiş steril, transparan, biyolojik olarak bozunabilen 50:3 lidokain hidroklorür karışık bir jeldir. Cam bir şırınga içerisinde temin edilir. Şırınganın içeriği buharlı su sterilizasyon işleminden geçirilmiştir. Ürün tek kullanımlıktır. Ayrıca tek kullanımlık, etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiş 29G TW (ince duvarlı) iğneler de temin edilmektedir. Hasta izlenebilirliğini kolaylaştırmak için, şırınga etiketinin parçası hasta kayıtlarının içerisine yapıştırılmalıdır.

Kullanım Amacı

Bu ürün dudak dolgunluğunu prosedürlerinde kullanılmak için enjektörle tedavisi. Submukozal enjeksiyon yöntemiyle uygulanmalıdır. Bileşen lidokain tedavi sırasında ağrının giderilmesine yardımcı olur.

İlk tedavi seansından önce yerel Galderma temsilcisiyle veya Restylane distribütörünüzle irtibata geçerek enjeksiyon tekniklerini ve eğitim olanaklarına ilişkin bilgi almanız önerilmektedir. Bu ürün sadece yetkili personel tarafından yerel mevzuat uyarınca kullanılmalıdır.

Etki Şekli

Ürün dokuya hacim ekleyerek dudakları istenilen dolgunluk seviyesine getiren bir dolgu maddesidir. Ürünün dudakları dolgunlaştırma ve kıdırma kapasitesi, ürünün içerdiği stabilize edilmiş hyalüronik asidin su ile bağlanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Uyarılar

- Lidokain veya amid tipi lokal anestezi maddelerine aşırı hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Kas veya damar içine enjekte etmeyiniz. Enjekte edilebilir diğer tüm dolgu ürünlerde de olduğu gibi, ürünün yanlışlıkla kan damarları içine enjekte edilmesi damarlarda tıkanma, iskemi ve nekroza neden olabilir. Enjeksiyondan önce aspirasyon yapılması tavsiye edilmektedir.
- Tedavi bölgesinde derinin beyaza yakın bir renge dönmesi (ağarması) durumunda enjeksiyon işlemi derhal durdurulmalı ve deri normal rengine dönene kadar tedavi bölgesine masaj yapılmalıdır.
- Kanama bozukluğları olan veya trombolitik ya da antikoagülan ilaç kullanan hastalarda kullanmayınız.
- Ürünü steril hale getirmeyiniz ve etmeyiniz.
- Enjeksiyondan önce başka ürünlerle karıştırmayınız.

Önlemler

Enjekte edilen tıbbi ürünlerle ilgili olarak alınması gereken genel önlemler

- Enjeksiyon prosedürleri enfeksiyon riski taşımaktadır. Çapraz enfeksiyonları engellemek için aseptik tekniklere uygulanması ve standart tıbbi uygulamaların güzelilmesi gerekmektedir.
- Kalıcı bir implanta yakın olan alanlarda uygulama yapılırken ekstra özen gösterilmelidir.
- Damarların, sinirlerin ve yapısındaki diğer hassas yapıların delinmesi veya sıkıştırılmasını önlemek için bölgedeki anatomisiyle ilgili detaylı bilgi sahibi olunmalı ve ekstra özen gösterilmelidir.
- Ürünü, tedavi bölgesi veya bu bölgenin yakınında iltihap, enfeksiyon veya tümör gibi aktif hastalıklar bulunması durumunda kullanmayınız.
- Enjeksiyon prosedürleri belirtisiz veya subklinik viral herpes enfeksiyonlarının yeniden aktive olmasına sebep olabilir.
- Aspirin ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar gibi trombosit fonksiyonunu etkileyen maddeler kullanan hastalarda, diğer enjeksiyonlarda olduğu gibi, enjeksiyon bölgesinde diğer hastalara kıyasla daha fazla morarma veya kanama görülebilir.
- Makul olmayan beklentilere sahip hastalar tedavi için uygun adaylar değildir.
- Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Zor geçen veya tekrarlayan enflamasyon semptomlarında, ürünün aspirasyon/drenaj, ekstrüzyon veya enzimatik degradasyon (tıbbi yayınlarda hyalüronidaz kullanımı tarif edilmiştir) yöntemlerinden uzaklaştırılması düşünülmelidir. Ürünü uzaklaştırma işleminden önce, ürünün vücutta kalan kısmının şişmesini, örneğin kısa bir süre boyunca NSAİİ veya 7 gün NSAİİ veya 7 günden az olmak kaydıyla kortikosteroid kullanılarak şişmenin azaltılması.

Koyu renkli derilere sahip olan kişilerle gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, postenflamatuar pigmentasyon değişiklikleri gözlemlenmiştir (Fitzpatrick Tip IV-VI).

Klinik açıdan önemli reaksiyonlarla karşılaşmış hastaların sonraki tedavilerinde bu reaksiyonların nedenleri ve şiddeti dikkate alınarak karar verilmelidir.

Advers olayları lokal Galderma temsilcisine veya ürünün distribütörüne bildirebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Tedavi

Tek kullanımlık steril 29G TW (ince duvarlı) iğneler tedarik edilmektedir.

Alternatif olarak, steril 25-27G kör kanül de kullanılabilir. Kanülün boyutu ve uzunluğu jelin zarf edilebilmesi için uygulanması gerekecek kuvveti etkiler. Daha ince bir kanül kullanılırsa enjeksiyon sırasında direnç yüksekliği, ürünün veya kanülle şırınganın birbirlerinden ayrılması riskinin artmasına sebebiyet olabilir. Bu noktaya ilişkin kullanıcıların dikkat edilmesi gerekmektedir.

İğnenin şırıngaya takılması

Başparmak ve işaret parmağınızla kanülünüzü hem şırınga gövdesinden hem de luer-lock adaptörü sıkıca kavr